CALIBRATION CERTIFICATE

Sample DAkkS calibration certificate

Häfner

Distributed by AKRIBIS

MASSCAL

Kalibrierlaboratorium für Masse
Calibration laboratory for mass

akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
German translation of ISO/IEC 17025:2017

Mitglied im / *Member of the*
Deutschen Kalibrierdienst

HÄFNER®
THE PERFECT WEIGHT

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-K-15192-01-00

DKD Deutscher Kalibrierdienst

134039
D-K-15192-01-00
2025-11

Kalibrierschein
Calibration certificate

Kalibrierzeichen
Calibration mark

Gegenstand *Object*	**Gewichtstück von 10 kg** *weight of 10 kg*
Hersteller *Manufacturer*	**Häfner Gewichte GmbH** Hohenhardtsweiler Str. 4 **74420 Oberrot**
Typ *Type*	**Klasse F1, siehe Seite 2** *Class F1, see page 2*
Fabrikate/Serien-Nr. *Serial number*	**1161121**
Ident-Nr. *Ident number*	**CP123345**
Auftraggeber *Customer*	**Muster Firma**

Auftragsnummer *Order No.*	**177120**
Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines *Number of pages of the certificate*	**4**
Datum der Kalibrierung *Date of calibration*	**02.11.2025**

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die metrologische Rückführbarkeit auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI).

Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine.

Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

This calibration certificate documents the metrological traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

The DAkkS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates.

The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine sind ohne Nennung und ohne Unterschrift des für die Freigabe Verantwortlichen nicht gültig.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates are not valid without the full name and without signature of the approval responsible person.

DAkkS DKD MASSCAL D-K-15192-01-00

Datum *Date*	Freigabe des Kalibrierscheines durch *Approval of the calibration certificate by*	Bearbeiter *Person in charge*
03.11.2025	U. Rost	T. Al-Bulushi

MASSCAL - Kalibrierlaboratorium
Hohenhardtsweiler Str. 4
D-74420 Oberrot

Telefon 07977-9701-0
Telefon international +49-7977-9701-0
Internet http://www.haefner.de

Telefax 07977-9701-99
Telefax international +49-7977-9701-99
e-mail info@haefner.de

AKRIBIS - www.akribis.info · contacto@akribis.info

Die englische Fassung des Kalibrierscheines ist eine unverbindliche Übersetzung.
Im Zweifelsfall gilt der deutsche Originaltext.

The English version of the calibration certificate is not a binding translation. If any matter gives rise to controversy, the German original text must be used.

Kalibriergegenstand
Calibration object

Nennwert *nominal value*	**Form** *shape*	**Werkstoff nach Angabe des Herstellers** *material according to the manufacturer*	**Dichte Gewichtstück bei 20 °C** *density of the weight at 20 °C*	**Unsicherheit der Dichte (*k*=2)** *uncertainty of density (k=2)*
10 kg	zylindrisches Knopfgewicht	Edelstahl hochglanzpoliert, HF12	7950 kg/m^3	80 kg/m^3
	cylindrical knob weight	*stainless steel, highly polished, HF12*		

Magnetische Eigenschaften
Magnetic properties

Nenn-wert *Nominal value*	**Kenn-zeichnung** *User marking*	**Suszep-tibilität** *Suscep-tibility*	**Mess-unsicherheit** *Uncertainty of susceptibilty*	**Zul. Fehlergrenze** *Max. permissible error*	**Polarisierung** *Polarization*	**Mess-unsicherheit** *Uncertainty of polarization*	**Zul. Fehlergrenze** *Max. permissible error*
		X	U_X (***k*** = 2)	***X (mpe)***	$\mu_0 M$	$U\mu_0 M$ (***k*** = 2)	$\mu_0 M_{max}$
10 kg	BPP	< 0,15	0,03	0,2	< 20 µT	4 µT	25 µT

Die magnetische Suszeptibilität und/oder permanente Magnetisierung wurden gemäß der Internationalen Empfehlung R 111 der Internationalen Organisation für Gesetzliche Metrologie (OIML R 111), Ausgabe 2004 mit folgenden Prüfmitteln überprüft: Suszeptometer, Permeabilitätsmessgerät und/oder Magnetometer mit Fluxgatesonde.

Die Grenzwerte der Fehlergrenzenklasse F1 gemäß OIML R111-1:2004 sind eingehalten.

The magnetic susceptibility and/or permanent magnetization were determined by test equipment recommended by International Recommendation No. 111 of the International Organization of Legal Metrology (OIML R 111), edition 2004: susceptometer, permeability measuring instrument or fluxgate magnetometer.

The limits for the class F1 have to be tested are in accordance to OIML R111-1:2004.

Aufbewahrung Das Gewichtstück befindet sich in einem Holzetui, das DAkkS-Kalibrierzeichen ist auf dem Deckel aufgebracht.

Storage *The weight is kept in a wooden box, the DAkkS calibration label is affixed on its cover.*

Normale GS 7: Bezugsnormale der Klasse E0; Kalibrier-Nr.: 124808 - 2021 - 01

Standards *GS 7: set of reference standards, class E0; calibration-no.: 124808 - 2021 - 01*

Kalibrierverfahren Die Bestimmung des konventionellen Wägewertes wurde auf Komparatorwaagen nach dem Substitutionsverfahren mit Massenormalen durchgeführt.

Calibration procedure *The conventional mass value was determined with balances by comparison with standards using the substitution weighing method.*

AKRIBIS · www.akribis.info · contacto@akribis.info

Messergebnisse und Umgebungsbedingungen
Results of measurement and ambient conditions

Tabelle Table

Nenn-wert *nominal value*	**Kennzeichnung** *Marking*	**Konventioneller Wägewert** *conventional mass value*	**Mess-unsicherheit** *uncertainty of measurement*	**Zul. Fehler-grenze** *max. permissible error*	**Mittlere Umgebungsbedingungen der Luft** ambient conditions of air		
					Temperatur *temperature*	**Rel. Feuchte** *rel. humidity*	**Luftdruck** *air pressure*
			U(*k*=2)	+/-	[in °C]	[in % r.F.]	[in hPa]
10 kg	BPP	10 kg +3 mg	16 mg	50 mg	21,73 ± 0,04	46,8 ± 1,0	960,9 ± 0,3

Konformität
Conformity

Der konventionelle Wägewert des Gewichtstückes hält die Anforderungen der Genauigkeitsklasse F1 nach der Internationalen Empfehlung R 111 der Internationalen Organisation für Gesetzliche Metrologie (OIML R 111), Ausgabe 2004, ein.
Der angegebene Wert gilt für den Zustand des Gewichtstückes zur Zeit der Kalibrierung.

The conventional value of the weight is in accordance with the requirements of accuracy class F1 according to International Recommendation R 111 of the International Organization of Legal Metrology (OIML R 111), edition 2004.
The value stated apply to the condition of the weight at the time of calibration.

MASSCAL - Kalibrierlaboratorium Telefon 07977-9701-0 Telefax 07977-9701-99
Hohenhardtsweiler Str. 4 Telefon international +49-7977-9701-0 Telefax international +49-7977-9701-99
D-74420 Oberrot Internet http://www.haefner.de e-mail info@haefner.de
AKRIBIS · www.akribis.info · contacto@akribis.info

Messunsicherheit
Uncertainty of measurement

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor *k*=2 ergibt. Sie wurde gemäß EA-4/02 M:2013 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt im Regelfall mit einer Wahrscheinlichkeit von annähernd 95 % im zugeordneten Werteintervall.

Die erweiterte Messunsicherheit wurde aus Messunsicherheitsanteilen der verwendeten Normale, der Wägungen und der Luftauftriebskorrektur berechnet. Eine Abschätzung über Langzeitveränderungen ist in der Unsicherheitsangabe nicht enthalten.

Kovarianzen werden im Allgemeinen nicht angegeben, daher sind für Kombinationen von Gewichtstücken die Unsicherheiten nach der Formel:

$$U_g = \sum U_i$$

zu addieren. U_g ist die Gesamtunsicherheit und U_i sind die Unsicherheiten der verwendeten Gewichtstücke.

Reported is the expanded uncertainty of measurement which results from the combined standard uncertainty by multiplication with the coverage factor k=2. It was determined according to EA-4/02 M:2013. Generally, the value of the measurand is within the assigned interval of values with a confidence level of approximately 95 %.

The expanded uncertainty was calculated from the components of uncertainty of used reference standards, of the weighings and of the air buoyancy correction. An estimation of long time variations is not included.

Covariances are not generally reported; therefore the uncertainties for combinations of weights must be added according to the above formula, with U_g for total uncertainty and U_i for the uncertainties of the used weights.

Bemerkungen
Remarks

1. Der konventionelle Wägewert eines Gewichtstückes entspricht der Masse des Gewichtstückes für eine angenommene Dichte von 8000 kgm^{-3} bei einer Luftdichte von 1,2 kgm^{-3} in Übereinstimmung mit dem Internationalen Dokument Nr. 28 der Internationalen Organisation für Gesetzliche Metrologie (OIML D 28), Ausgabe 2004.

The conventional mass value of the weight correspond to the mass of the weight assuming a density of 8000 kgm^{-3} at an air density of 1,2 kgm^{-3} in accordance with International Document No. 28 of the International Organization of Legal Metrology (OIML D 28), edition 2004.

2. Die Deutsche Akkreditierungstelle GmbH ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Die weiteren Unterzeichner innerhalb und außerhalb Europas sind den Internetseiten von EA (www.european-accreditation.org) und ILAC (www.ilac.org) zu entnehmen.

The Deutsche Akkreditierungstelle GmbH is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The other signatories inside and beyond Europe can be taken from the web-pages of EA (www.european-accreditation.org) and ILAC (www.ilac.org).

Ende des Kalibrierscheines
End of calibration certificate

MASSCAL - Kalibrierlaboratorium Telefon 07977-9701-0 Telefax 07977-9701-99
Hohenhardtsweiler Str. 4 Telefon international +49-7977-9701-0 Telefax international +49-7977-9701-99
D-74420 Oberrot Internet http://www.haefner.de e-mail info@haefner.de

AKRIBIS · www.akribis.info · contacto@akribis.info